



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS

ACTO DE JUNTA ACLARATORIA

Licitación Pública Local LPL005/2023 Sin Concurrencia del Comité
para la adquisición de

DEFIBRILADOR AUTOMATICO



Mónica Valencia

Luis J. Jiménez No. 577, Col. 1° de Mayo. C.P. 44979, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono 33 3030-0900. www.utj.edu.mx


2. C Aclaraciones por la Convocante

JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.

SOLICITUD DE ACLARACIONES	
NUMERO	PREGUNTA
1.	PUNTO PARCHES DESECHABLES DE 10 USOS. PREGUNTA: Con relación a este uso de los pads, no tenemos como comprobar la duración de ellos por ser desechable y esto depende la forma del uso del usuario, sin embargo, el fabricante garantiza la duración de los pads es hasta por 2 años en caso de poco con esta información entendemos se comprueba este punto ¿es esto correcto? RESPUESTA: SI
2.	PUNTO PROTECCIÓN DE BLOQUEO PARA EVITAR IMPACTOS ELÉCTRICOS INADVERTIDOS PREGUNTA: Debemos entender que a lo que se refieren es que el equipo cuente con una protección frontal para que no pueda ser activado por personal no capacitado ¿es esto correcto? RESPUESTA :SI
3.	PUNTO DIMENSIONES 300 X 210 X 80 MILÍMETROS PREGUNTA: Nuestro equipo mide 341 x 259 x 109 milímetros, sin embargo, tiene un peso menos a 3 kilos, por lo que solicitamos se permita la medida de cada fabricante siempre y cuando el equipo no tenga un peso mayor a los 5 kgs solicitados ¿se acepta? RESPUESTA: SI, QUE SEA LIVIANO, PARA FACILITAR EL TRASLADO RAPIDO.
4.	PUNTO TIEMPO DE CARGA DE 4 SEG, A 150 JOULES, 8 SEG. A 200 JOULES

	PREGUNTA: Para cumplir con estos puntos y derivado de la configuración del fabricante ¿se deberá de contar que el equipo cubre las normas internacionales de fabricación y uso para los desfibriladores es esto correcto? RESPUESTA: SI
5.	PUNTO ENERGÍA DESPUÉS DE 6 CHOQUES A MENOS DE 30 SEGUNDOS PREGUNTA: Debemos entender que esto se refiere al tiempo de recarga entre cada disparo es esto correcto? caso contrario favor de aclarar RESPUESTA: SI, CORRECTO.

3. Se da por terminada la sesión, siendo las 10:15 horas del día 28 de marzo del 2023 y firman de conformidad los que en ella intervinieron para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

NOMBRE	FIRMA
Mauro Gerardo Ruelas Bentura Titular de la Unidad Centralizada de Compras	
Dra. Mónica Valencia Pérez Departamento de Servicios Médicos Área requirente	

Esta hoja forma parte del Acta de la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL005/2023 Sin Concurrencia del Comité del Comité para la adquisición de "DESFIBRILADOR AUTOMATICO", celebrada el día 28 de marzo del 2023.

JUNTA ACLARATORIA
LPL005/2023 SC ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO
28 DE MARZO DEL 2023
LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	COMITÉ (ÁREA O DEPENDENCIA)	FIRMA
1	Muñoz G. Rodolfo	RM y SS	
2	Mónica Valencia P.	Dep'to Servicios Médicos	
3			
4			
5			
6			
7			

Nota: Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Protección da Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Invitándole a consultar nuestro aviso de privacidad en la página web: <http://www.utj.edu.mx>

JUNTA ACLARATORIA
LPL005/2023 SC ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADOR AUTOMATICO
28 DE MARZO DEL 2023
LISTA DE ASISTENCIA PARTICIPANTES

No.	NOMBRE	EMPRESA	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Nota: Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos personales de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Protección da Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Invitándole a consultar nuestro aviso de privacidad en la página web: <http://www.utj.edu.mx>

SOLICITUD DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL005/2023

SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

"DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO"

NOTAS ACLARATORIAS

1. La convocatoria no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
2. Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a las características del numeral 5. 1 de la convocatoria.
3. Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word.
4. Se deberán enviar las preguntas al correo electrónico compras@utj.edu.mx.

Deberá anexarse al presente, escrito en formato libre en el que exprese su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

Licitante: **JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.**

Dirección: **MUNICIPAL 2397, COL. JARDINES DE TABACHINES, C.P.45188, ZAPOPAN, JALISCO.**

Teléfono: **3336245158**

Correo: **ventasgob@pharmacm.com.mx, eobajio@gmail.com**

No. De proveedor: **P32063.**

(Nota: En caso de no contar con el. manifestar bajo protesta de decir verdad que se compromete e inscribirse en el RUPC en caso de resultar adjudicado).

SOLICITUD DE ACLARACIONES	
NUMERO	PREGUNTA
1.	PUNTO PARCHES DESECHABLES DE 10 USOS. PREGUNTA: Con relación a este uso de los pads no tenemos como comprobar la duración de ellos por ser desechable y esto depende la forma del uso del usuario, sin embargo, el fabricante garantiza la duración de los pads es hasta por 2 años en caso de poco con esta información entendemos se comprueba este punto es esto correcto?
2.	PUNTO PROTECCIÓN DE BLOQUEO PARA EVITAR IMPACTOS ELÉCTRICOS INADVERTIDOS PREGUNTA: Debemos entender que a lo que se refieren es que el equipo cuente con una protección frontal para que no pueda ser activado por personal no capacitado ¿es esto correcto?
3.	PUNTO DIMENSIONES 300 X 210 X 80 MILÍMETROS PREGUNTA: Nuestro equipo mide 341 x 259 x 109 milímetros, sin embargo, tiene un peso menos a 3 kilos, por lo que solicitamos se permita la medida de cada fabricante siempre y cuando el equipo no tenga un peso mayor a los 5 kgs solicitados se acepta?

4.	PUNTO TIEMPO DE CARGA DE 4 SEG,A 150 JOULES, 8 SEG. A 200 JOULES PREGUNTA: Para cumplir con estos puntos y derivado de la configuración del fabricante se deberá de contar que el equipo cubre las normas internacionales de fabricación y uso para los desfibriladores es esto correcto?
5.	PUNTO ENERGÍA DESPUÉS DE 6 CHOQUES A MENOS DE 30 SEGUNDOS PREGUNTA: Debemos entender que esto se refiere al tiempo de recarga entre cada disparo es esto correcto? caso contrario favor de aclarar

Zapopan Jalisco, A 28 de Marzo de 2023.

PROTESTO LO NECESARIO

ATENTAMENTE



**JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO
REPRESENTANTE LEGAL**



JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO
RFC: OOEJ900508T42
CALLE MUNICIPAL #2397
COL. JARDINES DE TABACHINES
C.P. 45188
ZAPOPAN JALISCO
TEL (33) 36 24 51 58
ventasgob@pharmacm.com.mx